

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年4月12日

使用单位	青海省血液中心
项目名称	青海省血液中心加甘油去甘油处理红细胞系统采购项目
项目金额	55.5万元
供应商	青海赫尔氏医疗器械有限公司
专家 论 证 意 见	<p>青海省血液中心拟采购加甘油去甘油处理红细胞系统为青海省血液中心血液成分制备增添的关键配套设备，国产设备仅能满足密封、洗涤效果及标准化操作等方面却存在不能满足血细胞制备的工作要求，为了保证与原有设备的无缝对接，确保制备特殊血液产品的安全性，建议以单一来源的方式完成此次项目的采购。</p> <p>专家姓名：<u>方靖</u> 工作单位：<u>青海省中医院</u> 职称：<u>副主任医师</u></p>

专家二论证意见	<p>青海省血液中心拟采购的加甘油玄甘油处理红细胞系统是为青海省血液中心血液成分制备增添的关键配套设备，国产设备目前不具有SPM和管路感知器，在洗涤密封、洗涤效果、洗涤时间、标准化操作等方面都存在不能满足血液制备的工作要求，为进一步提高血液中心血液成分洗涤制备质量，确保血液制备的稳定性，建议采用单一来源的方式进行采购。</p> <p>专家姓名：祁善玲 工作单位：青海省人民医院 职称：高级工程师</p>
专家三论证意见	<p>青海省血液中心拟采购加甘油玄甘油处理红细胞系统 国产设备不具備SPM和管路感知器，无法确保整个洗涤过程的封闭性与安全性，且无专用配套耗材，操作过程中存在较大风险，为了保证与原有设备的完整对接，建议采用单一来源的方式进行该项目的采购工作。</p> <p>专家姓名：刘海龙 工作单位：青海省妇女儿童医院 职称：主管药师</p>

青海省血液中心拟采购的去甘油加甘油处理红细胞系统是在青海省血液中心血浆成分制备室原有设备基础上增添的差速离心设备，该设备能过滤封闭、洗涤效果、标准化操作及操作安全性等方面都存在零件及破碎参数方面的不足，为了确保与原有拟采购红细胞的差速技术对接，确保新购特殊血液产品的安全性，专家组建议以单一来源的方式完成此次采购采购。

专家论证意见汇总

专家签字：

日期：

尹靖 郑芳玲 刘海龙

政府采购单一产品论证专家成员名单

序号	姓名	工作单位	技术职称	联系电话
1	方婧	青海省中医院	副主任医师	13709766443
2	祁秀玲	青海省人民医院	高级工程师	13369366866
3	刘海龙	青海省妇幼儿童医院	主管药师	18997261031